

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## WALL STATION

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1473036/R

**CODICE 305304**

#### DESCRIZIONE

La nuova stazione di lavoro Wall-Station è il primo sistema compatto concepito per la riabilitazione e per l'allenamento muscolare. L'utilizzo delle differenti resistenze elastiche, codificate da THERA-BAND con differenti colori, assicurano un controllo della forza impiegata. Grazie ai tre piani di movimento di cui dispone, Wall-Station consente una regolazione molto precisa degli angoli e dei piani di impiego degli elastici, assicurando un'ottimale riabilitazione delle estremità superiori e inferiori.

L'ancoraggio dei tubolari alla Wall-Station e la connessione degli accessori è facilitata dalle clip presenti sui tubing.

Il sistema prevede un pacchetto di accessori che comprende: impugnature morbide, ancoraggi per le estremità e per la testa.

#### MATERIALI

Lattice, polietilene, alluminio, acciaio, neoprene.

La Wall Station è fornita completa dei seguenti accessori:

- Impugnatura Exercise con anello di raccordo a "D" (1paio)
- Ancoraggi per le estremità con anello di raccordo a "D" (1 paio)
- Tubing con raccordi cm 30 giallo (2 pezzi)
- Tubing con raccordi cm 30 rosso (2 pezzi)
- Tubing con raccordi cm 30 verde (2 pezzi)
- Tubing con raccordi cm 30 blu (2 pezzi)
- Ancoraggio per la testa
- Due Poster a colori inclusi.

#### AVVERTENZE

I tubing sono prodotti naturali realizzati in lattice puro.

La durata dei medesimi e la sicurezza che essi garantiscono durante l'esercizio dipendono sostanzialmente dalla correttezza dell'impiego:

Controllare i tubolari prima di ogni utilizzo. Non devono presentare difetti o rotture.

Proteggere i tubolari dalla luce diretta del sole o dall'eccessivo calore.

Fissare i tubolari solo agli attacchi predisposti e controllare il corretto ancoraggio prima dell'uso.

Un utilizzo scorretto o imprudente può provocare infortuni.

L'allungamento dei tubolari non deve superare il 300-400%.



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## ATTENZIONE

Il prodotto contiene lattice

Unità di confezionamento: Pz. 1

## Accessori opzionali

Gli accessori Training Station sono compatibili con la Wall Station e la Exercise Station.

## Tubing



<b>Tubing, livelli di resistenza e codici</b>	<b>Lunghezza cm 30,5 Con connettori</b>		<b>Lunghezza cm 45,5 Con connettori</b>		<b>Lunghezza cm 61 Con connettori</b>	
Thera-Band Giallo / Leggero	305184	1 paio	305185	1 paio	305186	1 paio
Thera-Band Rosso / Medio	305227	1 paio	305228	1 paio	305229	1 paio
Thera-Band Verde / Forte	305230	1 paio	305231	1 paio	305232	1 paio
Thera-Band Blu / Extra Forte	305233	1 paio	305234	1 paio	305235	1 paio

305236 Impugnatura a fascia Assist: con anello di raccordo “D” (1 paio)



305238 Padded Bar: 91.5 cm Barra con raccordi ad anello a “D”



305237 Impugnatura Exercise: con anello di raccordo a “D” (1 paio)



305256 Extremity Strap: Ancoraggi per le estremità con anello di raccordo a “D”, (1 paio)



**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



**305258 Cintura Small / Medium**  
**305259 Cintura Medium / Large**



**305257 Ancoraggio per la testa**



**CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.**

