

MED FOAM - TUTORE BIVALVA CON FOAM

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1967967/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED FOAM - TUTORE BIVALVA PER CAVIGLIERA CON FOAM

DESCRIZIONE

Tutore bivalva per caviglia con valve realizzare in materiale plastico atossico e resistente, design anatomico ai malleoli per rispettare l'anatomia della caviglia.

Internamente alle valve sono inseriti cuscinetti con schiuma foam a densità variabile che crea l'effetto massaggio per promuovere il riassorbimento dell'edema post-traumatico, ridurre il gonfiore e il dolore, migliorare la circolazione.

Misura Universale, ambidestra

Indicazioni

- Distorsione acuta di I°, II°, III° grado
- Uso post-gesso, post-operatorio
- Trattamento funzionale

MATERIALI DI FABBRICAZIONE Guscio esterno: 100% Plastica atossica ad uso medicale

Cuscinetti interni: Spugna di foam stratificato con tessuto flocculato in cotone e poliammide per il rivestimento, fasce a strappo di chiusura



sono soggette alle attuali normative CEE. Si sono anche valutati gli aspetti di biocompatibilità, anallergica, tossicità, infiammabilità del prodotto

- **Biocompatibilità:** non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo.
- **Tossicità:** accettabile, soggettiva
- **Infiammabilità:** non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere
- **Biocontaminazione:** non applicabile.

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

- **Lesioni:** non esistente per un uso corretto del prodotto.

TAGLIE E CODICI

CODICE	TAGLIA
859990	Universale

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

