

MED W NEO GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA, APERTURA ALLA COSCIA E STECCHE FLESSIBILI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988271/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED W NEO - GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA, APERTURA ALLA COSCIA E STECCHE FLESSIBILI

DESCRIZIONE

Ginocchiera con stabilizzatore alla rotula, doppia chiusura a strappo, stecche flessibili con apertura alla coscia per facilitare l'indosso

Le doppie fasce con chiusura a strappo assicurano un'elevata stabilità del tutore sull'arto del paziente e l'apertura alla coscia consente l'indosso con facilità anche per persone con ridotta mobilità delle dita della mano

Il materiale di fabbricazione in neoprene d'ultima generazione è ipoallergico, garantisce traspirabilità, ventilazione, riduce l'eccesso di sudorazione sulla cute, trasmette al paziente una sensazione di elevato comfort durante l'uso

5 taglie da S a XXL, ambidestra



Indicazioni:

- Instabilità da lieve a moderata legamentosa
- Instabilità rotulea lieve e moderata
- Condromalacia, processi infiammatori al ginocchio
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Traumi articolari moderati o severi
- Lieve e moderata instabilità femoro-rotulea
- Efficace per la protezione e prevenzione articolare durante le fasi di recupero o in attività sportive

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

Esterno: 70% neoprene - 30% poliestere - **Interno:** 40% elastan - 30% nylon - 30% poliestere -
Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED W NEO
S	859810
M	859811
L	859812
XL	859813
XXL	859814

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

