



REHASENSE

LINEA BASE

ICON 10A

LIBERA I TUOI MOVIMENTI



ICON 10A

LA CARROZZINA STANDARD, VERSATILE E ROBUSTA



Configurazione illustrata:
versione standard con ruote posteriori da 24".

ICON 10A è una delle nostre carrozzine della linea base che offre praticità di trasporto e stoccaggio, grazie alla robusta struttura a crociera, alla maneggevolezza e alla facilità di trasporto. E' dotata di poggiatesta removibili e regolabili in altezza, braccioli ribaltabili lateralmente e ad altezza fissa.

Disponibile in 2 versioni: ad autospinta e da transito e in 2 colori: nera e grigia

CARATTERISTICHE

- Tela schienale e tela sedile in nylon per offrire il massimo comfort
- Ruota posteriore da 24" in PU
- Ruota anteriore da 8" in PU
- Disponibile con sedute da 37- 40 - 42 -45 - 47 - 50 cm (su richiesta: 53 - 57 - 61 cm - ordine min.25 pz)

POSSONO ESSERE FORNITE, OPTIONAL:

- Ruotine transito
- Ruotine antiribaltamento
- Pedane elevabili
- Pedane per amputati
- Freni a tamburo
- Portaflebo
- Braccioli per emiplegici
- Poggiatesta
- Supporti laterali
- Tavolino
- Ombrellino
- Portastampelle

COLORE

Nera, grigia



Codice Nomenclatore 12.22.03.003 (autospinta)
Codice Nomenclatore 12.22.18.003 (da transito)

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Tipo crociera	Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza maniglie (da terra)	Ingombro totale	Altezza braccioli	Altezza seduta da terra
da 16.6 kg	140 kg (sed. 37,5-50cm, singola) 180 kg (sed. 50-61cm, doppia)	singola doppia	37-40-42-45-47-50 cm (su richiesta 53-57-61 cm)	40 cm (sed. 37-40-42) 45 cm (sed. da 45 A 61 cm)	42 cm	91 cm	seduta + 18 cm (lar) x 101 cm (lung) x 91 (h) cm	68 cm	49 cm

CARATTERISTICHE SPECIALI



Fascia ferma tallone di serie



Ruota anteriore 200x45 mm



Bracciolo ribaltabile ed estraibile con imbottitura in PU

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

Salvo modifiche ed errori

